



GL 60 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

GL 60 mg/dL & mmol/L Blutzuckermessgerät



target scale
Festlegung eines Zielbereichs zur visuellen Einordnung des Messergebnisses



usb plug
Schlankes, modernes design mit integriertem USB Stecker



app HealthManager Pro
Kompatibel mit der kostenlosen App „beurer HealthManager Pro“*



Starter Set: Messgerät GL 60, Stechhilfe LD 04, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Etui, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Hintergrundbeleuchtetes Display im Querformat

Traubenzucker- sowie Keton-Warnung im Display

Messwertspeicher für 900 Messwerte mit Datum, Zeit und Messwertmarkierung

Einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement:
vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte
- markierte Messwerte

Breiter Hämatokritbereich von 0 - 70%

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillar) oder venöses Vollblut

Erforderliche Blutmenge 0,5 Mikroliter

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Messdauer ca. 5 Sekunden

Messbereich: 10 - 630 mg/dL (0,56 - 35,0 mmol/L)

Abschaltautomatik: 2 Minuten nach letzter Betätigung

Zur Eigenanwendung geeignet

Plasmakalibriert

Integrierter USB Stecker

Datenübertragung per *Bluetooth*[®] und USB

2 x 3 V CR 2032 Knopfzellen inklusive

Abmessungen: 112,6 mm x 29,9 mm x 14,7 mm

Gewicht: ca. 40 g

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-20 °C bis +50 °C	10 - 95 %
Teststreifen:	+2 °C bis +32 °C	< 90 %
Betrieb:	+10 °C bis +40 °C	30 - 85 %





GL 60 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

Art.-Nr.: 463.55 (mg/dL) 463.57 (mmol/L)

EAN-Nr.: 4211125463557 (mg/dL) 4211125463571 (mmol/L)

PZN-Nr.: 16382624 (mg/dL) 16382630 (mmol/L)

HMV-Nr.: XX.XX.XX.XXXX (mg/dL) XX.XX.XX.XXXX (mmol/L)



Liste der Systemvoraussetzungen
und kompatiblen Geräte

GL60_2023-06-12_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.